Blake Medical | 42 Niagara St, Hamilton, ON L8L 6A2 | Web: blakemedical.ca

Blake Medical Distribution

Manual del propietario

Geo-Matrix Bronze, Geo-Matrix Silver, Geo-Matrix Gold, Geo-Matrix Gold+

Manual de usuario de Blake Medical Geo-Matrix Cushion

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

AVISO: Este manual contiene instrucciones de uso con los productos de cojín Blake Medical. Esta información debe ser transmitida al usuario de este producto. No retire este manual antes de entregarlo al usuario final.

PROVEEDOR: Este manual debe ser entregado al usuario de este producto en el momento de su entrega o instalación.

USUARIO: Antes de usar este producto, lea este manual completo y guárdelo para futuras referencias.

Seguridad general del producto

La aplicación segura de este producto depende de su buen juicio y sentido común, así como el de su proveedor, cuidador y/o profesional de la salud y su atención al seguir las advertencias, notas e instrucciones de este manual.

NOTA: Hemos compilado este manual a partir de las últimas especificaciones e información del producto disponible en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de realizar cambios a medida que sean necesarios. Cualquier cambio en nuestros productos puede causar ligeras variaciones entre las ilustraciones y explicaciones de este manual y el producto que ha comprado. Póngase siempre en contacto con su proveedor, distribuidor o blakemedical.ca autorizado de Blake Medical más cercano para obtener la literatura e información más recientes.

AVISO: El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños al producto o lesiones al usuario. Lea este manual de instrucciones antes de usar este producto.

No instale este equipo sin antes leer y comprender este manual. Si no puede entender las advertencias, precauciones y/o instrucciones, comuníquese con un médico o proveedor calificado.

1. ADVERTENCIA

La instalación de un cojín en una silla de ruedas puede afectar el centro de gravedad de la silla de ruedas. Si se instala incorrectamente, puede hacer que la silla de ruedas se incline hacia atrás, lo que puede provocar lesiones. Siempre evalúe si la adición de anti-puntas y / o cualquier dispositivo estabilizador de silla de ruedas adicional puede ser necesario para ayudar a aumentar la estabilidad después de agregar un cojín.

2. ADVERTENCIA

Todos los soportes y cojines para la espalda de Blake Medical están diseñados para ayudar a reducir el

Incidencia de lesiones por presión. Sin embargo, ningún soporte o cojín para la espalda puede completamente

Elimine la presión sentada o prevenga lesiones por presión. Blake Medical apoya la espalda y

Los cojines no son un sustituto del buen cuidado de la piel, incluida la dieta adecuada, la limpieza y

Técnicas regulares de alivio de presión.

AVISO - LEER ANTES DE USAR

3. ADVERTENCIA

El cóccix y los huesos pélvicos no deben tocar la parte inferior del cojín. La comprobación de “tocar fondo” debe hacerse durante el primer uso y después de cualquier cambio en la condición del usuario (por ejemplo, pérdida de peso excesiva, aumento de peso excesivo, estancia hospitalaria prolongada, etc.).

4. ¡Advertencia!

Revise su piel regularmente para detectar enrojecimiento, especialmente durante los primeros días. Si se produce enrojecimiento y no desaparece después de 15 minutos, consulte a su terapeuta o profesional de tecnología de asistencia.

5. ADVERTENCIA

Asegúrese de que el Velcro® esté enganchado y pueda mantener el cojín en su lugar.

6. ADVERTENCIA

Evite usar el cojín en tapicería de asiento demasiado estirada. La tapicería estirada no proporciona un soporte adecuado para el cojín y puede producirse un posicionamiento incorrecto. Reemplace la tapicería estirada o agregue un inserto de asiento sólido a la base del cojín.

7. ¡Advertencia!

En caso de suciedad con fluidos corporales, y al transferir el producto a otro usuario, El producto debe desinfectarse para evitar la contaminación cruzada. *Nota: Los componentes de espuma pueden ser difíciles de desinfectar a fondo. *

Manual de usuario de Blake Medical Geo-Matrix Cushion

Blake Medical | 42 Niagara St, Hamilton, ON L8L 6A2 | Web: blakemedical.ca

PROTEGIENDO TU COJÍN

ADVERTENCIA

Siempre evite exponer su cojín a calor excesivo o llama abierta. Los materiales de cojín de Blake Medical funcionan de manera óptima a temperatura ambiente.

ADVERTENCIA

Siempre permita que el cojín médico Blake alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. Sentarse sobre superficies excesivamente cálidas o frías puede causar daños en la piel.

OBSTRUCCIONE

ADVERTENCIA

Asegúrese de que nunca haya obstrucciones entre usted y su cojín. Cualquier obstrucción reducirá la eficacia del producto y/o producirá puntos de presión innecesarios para el usuario.

ORIENTACIÓN DE LA CUBIERTA

ADVERTENCIA

El producto debe usarse con la cubierta del cojín hacia arriba. Si la funda no se usa correctamente, puede reducir o eliminar los beneficios del cojín y podría aumentar el riesgo de lesiones en la piel y los tejidos blandos.

Instrucciones de configuración:

- Compruebe el tamaño del cojín. Ancho del cojín y el asiento debe coincidir. Cuando el cojín descansa contra soportes de brazos o protectores laterales, El ancho puede ser hasta 2,5 cm (1”) más ancho. La profundidad del cojín puede exceder el asiento en aproximadamente 2,5 cm (1”)
- Compruebe si el tamaño de la cubierta coincide con el Tamaño del cojín.
- Retire la cinta protectora de respaldo del autoadhesivo tiras de gancho unidas a la parte inferior del cojín.
- Coloque el cojín en el asiento asegurándose de que el logotipo de Blake se muestre en la parte delantera izquierda.
- Después de varios minutos de uso, asegúrese de que los soportes para los pies estén colocados correctamente para garantizar una distribución suficiente del peso en toda la parte delantera del cojín.

Personalización de tu cojín Split:

- Para crear una abducción: inserte Velcro cuña entre la división central de la cubierta exterior para abrir el cojín para la abducción.
- Para cambiar el ángulo de la cadera: Retire la cubierta exterior. Cada cojín Split viene con dos cuñas debajo de cada pata. La eliminación de cualquier cuña cambiará el ángulo de la cadera en aproximadamente 7 grados. Se pueden agregar o eliminar múltiples cuñas para crear ángulos de cadera personalizados y / o asimétricos.
- Para corregir la rotación o para agregar aducción: Inserte una cuña larga a lo largo de cada lado del cojín asegurándose de que la cuña se extienda desde la parte posterior hasta la parte frontal del cojín. Si la cuña posterior es demasiado larga, recorte para que quepa.
- Para acomodar la oblicuidad: Descierre la cremallera posterior de la cubierta interior e inserte la cuña de oblicuidad deseada en el área necesaria para la corrección. Fijando la Velcro hacia abajo hacia el tejido Velcro-capaz. Se pueden usar varias cuñas en el mismo usuario.
- Si el usuario requiere más inmersión, un inserto de espuma viscoelástica puede reemplazar el inserto de espuma estándar que se encuentra en la parte posterior del cojín. Para reemplazar: retire el inserto de la parte inferior del cojín y reemplácelo con el inserto deseado.
- Si el usuario requiere más inmersión y más reducción de cizallamiento, un inserto de gel sobre almohada puede reemplazar el inserto de espuma estándar que se encuentra en la parte posterior del cojín. Para personalizar: retire el inserto de la parte inferior del cojín y reemplácelo con el inserto deseado.